

Ihre Zeichen

Unsere Zeichen

Tel. (0 74 61) 95-  
2922Fax (0 74 61) 95-  
1555Datum  
2010-07-20**PRODUKTRÜCKRUF****FS616 ORTHOPILOT EINMAL-PASSIV-MARKER STERIL – Charge 4502828270**  
**FS617 ORTHOPILOT EINMAL-PASSIV-MARKER STERIL – Charge 4502828569**

Sehr geehrte(r).....,

gemäß unseren Unterlagen hat Ihre Klinik ein oder mehrere Packungen **FS616 ORTHOPILOT EINMAL-PASSIV-MARKER STERIL mit der Charge 4502828270** oder **FS617 ORTHOPILOT EINMAL-PASSIV-MARKER STERIL mit der Charge 4502828569** erhalten.

Leider müssen wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass bei einer internen Überprüfung eine Abweichung der definierten Sterilisations-Parameter festgestellt wurde, wodurch die Sterilität der oben genannten Produkte und Chargen nicht sicher gewährleistet werden kann.

Um einer Patientengefährdung vorzubeugen, wurde vorsorglich beschlossen, die betroffenen ORTHOPILOT EINMAL-PASSIV-MARKER STERIL umgehend zurückzurufen.

**Vorsitzender des Aufsichtsrates:**  
Prof. Dr. h.c. Ludwig Georg Braun**Vorstand:**  
Priv.-Doz. Dr. Hanns-Peter Knaebel  
(Vorsitzender)  
Dr. Harald Stallforth  
(stellv. Vorsitzender)  
Dr. Joachim Schulz**Sitz der Gesellschaft: Tuttlingen**  
Reg. Gericht: Stuttgart HRB 726261  
Steuernummer: 21060/00036  
WEEE-Reg.-Nr. DE 65109852**Bankverbindungen:**  
**Deutsche Bank AG Tuttlingen**  
BLZ 653 700 75, Konto 21 22 000  
IBAN DE44 6537 0075 0212 2000 00  
SWIFT CODE: DEUTDESS 603  
**Baden-Württembergische Bank**  
BLZ 600 501 01, Konto 487 1905  
IBAN DE31 6005 0101 0004 8719 05  
SWIFT CODE: SOLA DE 31**Hausanschrift:**  
Aesculap AG  
Am Aesculap-Platz  
78532 Tuttlingen  
Deutschland

. . .

Bitte wenden Sie die betroffenen Produkte nicht mehr an und senden uns diese umgehend mit beiliegendem Rückrufformblatt zurück. Sie erhalten selbstverständlich kostenlosen Ersatz.

Für Rückfragen steht Ihnen gerne Ihr Ansprechpartner von B. Braun Aesculap zur Verfügung:

**Frau Uta Giordano ☎ 07461-95 1201**  
**Produktmanagement Orthopädie Navigation**

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und versichern Ihnen, dass alle Anstrengungen unternommen und notwendige Maßnahmen eingeleitet werden, die sicherstellen, dass dieses Problem nicht wieder auftritt.

Mit freundlichen Grüßen

Aesculap AG

i. V.

i. A.