

Anschrift

Dringende Sicherheitsinformation

**Empfehlungen zur Verwendung der Reservoir-Paks
(Reservoire und kostenfreie Batterien)
MMG-226A, MMG-232A und MMG-526A**

Falsches Haltbarkeitsdatum

Mai 2010

Medtronic Referenz: FA474

Sehr geehrte(r) Anwender(in),

Medtronic hat kürzlich davon Kenntnis erlangt, dass auf der Außenverpackung der Reservoir-Paks, in dem sich Medtronic Paradigm Reservoire und Batterien befinden, ein falsches Haltbarkeitsdatum aufgedruckt wurde.

Beschreibung des Sachverhalts

Fälschlicherweise befindet sich bei den letzten Lieferungen das Haltbarkeitsdatum der Batterien auf der Außenverpackung der Reservoir-Paks. Batterien haben eine Lebensdauer von sechs Jahren, während die Reservoire eine Lebensdauer von drei Jahren haben.

Folgende LOT-Nummern sind betroffen:

0203457720, 0203457721, 0203461041, 0203461042, 0203468966, 0203468968,
0203473781, 0203485235, 0203485632, 0203485633, 0203490335, 0203509509,
0203514984 und 0203540916.

Die LOT-Nummer ist auf dem Etikett der Außenverpackung zu finden.

Zu ergreifende Maßnahmen


Um Irritationen zu vermeiden bitten wir Sie, die Reservoire und die Batterien aus der Außenverpackung des Reservoir-Paks zu nehmen und die Außenverpackung zu entsorgen. Sollten Sie die Außenverpackung bereits entsorgt haben, ist keine weitere Aktion Ihrerseits notwendig.

Bitte beachten Sie, das Haltbarkeitsdatum der Reservoire und der Batterien ist korrekt. Diese Produkte können weiterhin verwendet werden.

Wir bedauern jegliche Unannehmlichkeiten, die Ihnen durch diesen Sachverhalt möglicherweise entstehen. Wenn Sie Fragen zu dieser Aktion haben, können Sie uns gerne unter der kostenfreien Service-Rufnummer 0800 64 64 633 kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen
Medtronic GmbH


Business Director Diabetes


Sr. Manager Regulatory/Quality & Compliance