

VIROTECH Diagnostics GmbH Postfach 1965 D-65409 Rüsselsheim

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Gerichtsstand: 65428 Rüsselsheim
Reg.-Ger.: Darmstadt, HRB 82749
Geschäftsführer: Dr. Klaus Ackermann

13.10.2017

Wichtige Kundeninformation zum Masern IgM ELISA

Sehr geehrter Herr [REDACTED],

für das LOT 122 des Masern IgM ELISA (EC105M00) wurden für bestimmte Schwangerenserien unspezifische Reaktionen beobachtet. Diese seltenen, unspezifischen Reaktionen führten vereinzelt zu falsch positiven Ergebnissen.

Für das LOT 123 wurden diese unspezifischen Reaktionen bislang nicht beobachtet.

Auf Grund der Ergebnisse für das LOT 122 können unspezifische Reaktion bei einzelnen Schwangerenserien allerdings nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

[REDACTED]

Mit freundlichen Grüßen,
VIROTECH Diagnostics GmbH

[REDACTED]

1/1