

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

in unserem Lager wurden fälschlich etikettierte Primärverpackungen (Etikett Testkassette) des Produktes MilchCHECK (LOT 4901, LOT 4902) identifiziert und gemeldet, welche irrtümlich in den Verkauf gelangt sein können. Diese enthielten neben dem freigegebenen Etikett der Benannten Stelle (mdc 0483) auch ein weiteres Etikett (CE 0197) auf der Primärverpackung. Auf der Sekundärverpackung ist die gültige Kennzeichnung gegeben.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es sich bei den fälschlich etikettierten Primärverpackungen um Einzelstücke handelt, die nicht in den Verkauf gelangt sind. Das Unternehmen kann dies jedoch nicht nachweisbar ausschließen.

Durch eine falsche Kennzeichnung kann bei der Anwendung nichts passieren.

Wir haben diese Abweichung dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gemeldet und bitten um Rückbestätigung, dass Sie diese Meldung erhalten haben.

Sollten Sie MilchCHECK mit den LOT Nummern 4901 und 4902 bei uns bestellt und noch nicht angewendet haben, sind wir gerne bereit den noch nicht durchgeführten Test umgehend auszutauschen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre NanoRepro AG

NanoRepro AG
Untergasse 8
35037 Marburg
Fon +49 (0)6421.95 14 49
Fax +49 (0)6421.95 14 51
E-Mail info@nanorepro.com
Web www.zuhauseetest.de