Oxford Instruments GmbH * Otto-von-Guericke-Ring 10 * D-65205 Wiesbaden

Krankenhaus
An den Chefarzt der Geburtshilfe
Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Wiesbaden, 24.01.2005

Betr.: Wichtiges Software Update für Ihr SONICAID CTG Modell FM800

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 14.12.2004 informierten wir Sie über das Update für Ihr Sonicaid CTG Gerät Modell FM800 von Oxford Instruments. Auch Ihr Gerät ist betroffen und muss mit dem Update ausgestattet werden.

In England traten bei der FEKG Registrierung mit einem FM800 in einem Krankenhaus Störungen auf, die aber nachträglich auf den Einfluss eines ungewöhnlich hohen Hochfrequenzfeldes zurückgeführt wurden. Um auch solchen Situationen Rechnung zu tragen wurde die FEKG Software angepasst. Firma Oxford hat sich entschlossen im Rahmen eines Vigilanzreports diese Verbesserung bei allen Anwendern zu installieren.

Diese mandative kostenlose Nachrüstung mit der neuen Software möchten wir auch bei Ihnen vornehmen. Die Einzelheiten der Durchführung möchten wir mit Ihrem Geräteverantwortlichen im Detail besprechen. Bitte setzen Sie sich unter Telefon 06122-937-150 mit uns in Verbindung. Für den Fall, dass jemand anderes für diesen Vorgang zuständig ist, leiten Sie diese wichtige Information bitte weiter.

Neben dem verbesserten FEKG enthält die neue Software auch die neue ADAPT Technik für die Ultraschall HR Registrierung. In Kombination mit unseren neuen Ultraschall Sonden (nicht in diesem Update enthalten) wird eine deutlich verbesserte Registrierqualität der FHR Kurven erreicht.

In jedem Fall bitten wir um eine Nachricht bis zum 15. Februar 2005. Wir freuen uns bald von Ihnen zu hören.

Mit freundlichen Grüßen

Oxford Instruments
Medical

Central European Sales Manager