

Name: [REDACTED]
Telefon: +49 (0)731 9654 [REDACTED]
Telefax: +49 (0)731 9654 2701
e-mail: [REDACTED]@ulrichmedical.com

SB/25.10.2013

Field Safety Corrective Action – Produktrückruf

von tezo Implantaten, CS 3417-08, Lot.: U001188

Brief Anrede, Nachname,

Sie verwenden das Wirbelsäulenimplantatsystem, **tezo**, in Ihrem Hause. Teil des Implantatsortiments sind Cages mit der Artikelnummer **CS 3417-08**.

Im Rahmen unserer Qualitätskontrollen haben wir einen Produktionsfehler bei o.g. Produkten festgestellt. Die mechanische Belastbarkeit der Cages kann durch den Fehler möglicherweise beeinträchtigt worden sein. Betroffen sind möglicherweise auch Cages der Losnummer **U001188**.

Bitte verwenden Sie keine Implantate der o.g. Losnummer und schicken Sie diese bitte mit dem beiliegenden Rücksendeformular an folgende Adresse:

ulrich GmbH & Co.KG
Customer Service
[REDACTED]
Tel.: 0731-9654-123
Buchbrunnenweg 12
89081Ulm


Ein Rücksendeformular mit RAN-Nr. liegt bei. Sofern betroffene Implantate bereits implantiert wurden, bestätigen Sie uns dies bitte anhand des beigefügten Formulars.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Medizinprodukteberater oder den Unterzeichner.

Für die Unannehmlichkeiten möchten wir uns entschuldigen und danken Ihnen für Ihre Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

ulrich GmbH & Co. KG



Leitung Entwicklung & Produktmanagement Implantate und Instrumente
Sicherheitsbeauftragter