

DeltaSelect GmbH • Postfach 10 11 40 • 63265 Dreieich

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

05. März 2007

**Chargenrückruf Ringer DeltaSelect Spüllösung / Irrigation  
Solution 1000 ml  
Betroffene Chargen: 16611-2 bis 16611-9**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus einer Krankenhausapotheke erhielten wir einen Bericht, dass beim Öffnen einer Ringer-Spüllösungsflasche Kunststoffteile des Originalitätsverschlusses in die Lösung gefallen sind. Bei der Überprüfung von Vergleichsmustern bestätigte sich die Reklamation.

Da nicht vollständig auszuschließen ist, dass die Sterilität der Spüllösung in einem solchen Fall nicht gewährleistet ist und darüber hinaus, sofern ggf. in die Lösung gefallene Kunststoffteile bei der Anwendung des Medizinproduktes übersehen werden sollten, die Gefahr besteht, dass Kunststoffteile in den Anwendungsbereich der Spüllösung gelangen können, haben wir uns zu einem Rückruf entschlossen.

Wir bitten Sie darum, die oben aufgeführten Chargen nicht mehr zu verwenden, da Irritationen im Anwendungsbereich der Lösung, durch etwaig eingebrachte Kunststoffteile und, im Extremfall, ein geringfügiger Eintrag von Keimen nicht vollständig ausgeschlossen werden können.

DeltaSelect GmbH  
Otto-Hahn-Straße 31 – 33  
63303 Dreieich  
Postfach 10 11 40 (63265)  
Telefon 0 61 03 – 3 00 79-0  
Telefax 0 61 03 – 3 00 79-11  
[www.deltaselect.de](http://www.deltaselect.de)

Geschäftsführung  
Albrecht Schnell  
Prof. Dr. med. Burghard Weidler

Deutsche Bank München  
Konto 7 002 843  
BLZ 700 700 10

HRB 40793  
Amtsgericht Offenbach

Zweigniederlassung  
Pfullingen

Benzstraße 5  
72793 Pfullingen  
Postfach 70 64 (72783)

Seite 2

Bitte prüfen Sie Ihre Bestände und senden Sie ggf. vorhandene Packungen zur Gutschrift an:

DeltaSelect GmbH  
Zweigniederlassung Pfullingen  
Benzstrasse 5  
72793 Pfullingen

Bei administrativen Rückfragen wenden Sie sich bitte an den  
Customer Service Tel.: 06103 / 300 79-99

Mit freundlichen Grüßen  
DeltaSelect GmbH

Geschäftsführer

Sicherheitsbeauftragter für  
Medizinprodukte